

## HORTUM KAPAMA C HAZI TEKNİK ARTNAMES

- 1- Elektrikli masaüstü cihaz, güç ünitesi, tezgâh ünitesi ve koaksiyel kablo ile güç ünitesine bağlanan sert plastikten imal edilmiş, kullanımı kolay ergonomik kapama ünitelerinden oluşmalıdır.
- 2- Cihaz kan torbaları, aferez setleri ve kemik iliği dondurma torbalarının hortumlarını kapatabilmelidir..
- 3- Hortum, cihaz ile kapatıldıktan sonra her iki taraftan çekilerek rahat bir şekilde ayrılmalı, makas v.b. gibi ek bir malzemeye ihtiyaç duyulmamalıdır.
- 4- Cihaz, kapatma zamanı 0,5 ile 5 saniye arasında ayarlanabilir olmalıdır.
- 5- Cihazın açma kapama düğmesi, kapama işlemine hazır olduğu, kapama işleminin tamamlandığını ve sıcaklık alarm göstergeleri bulunmalıdır.
- 6- Cihaz ile birlikte ücretsiz elektrik kabloları ve koaksiyel kablo verilmelidir.
- 7- Cihazın güç ve tezgah ünitesi ağırlığı 5,1 Kg. ergonomik kapama ünitesi ağırlığı 230 Gramı geçmemelidir.
- 8- Cihazın tezgah ünitesi ve ergonomik kapama ünitesinin dış çapı 3-6 mm'ye kadar olan PVC hortumları steril ve sıvı akışı olmayacak şekilde kapatabilmelidir.
- 9- Cihazın tezgah ünitesi ve ergonomik kapama ünitesi üzerinde kapama işleminin tamamlandığını gösteren uyarıcı ışık olmalıdır.
- 10- Ergonomik kapama üniteleri elektrotları plastik bir kapakla korunmalı ve temizlenmesi kolay olmalıdır.
- 11- Kapatma işlemi sürekli olmalıdır.
- 12- Cihaz 100/115/230/240 VAC 50/60 Hz 50 W ebeke voltajı ile çalışabilmeli ve güç tüketimi 220 VA olmalıdır..
- 13- Cihazın Frekansı 40,68 MHz. Çıkış Gücü 70W olmalıdır.
- 14- Cihazın dahili sigortası yüksek korumalı tip PTC olmalıdır.
- 15- Cihaz sınıfı elektrik şokuna karşı korumalı, Sınıf I Tip B olmalıdır.
- 16- Cihazın güvenlik onayı EMC- IEC 601-1, IEC 601-1-2- Emisyon- EN55011 Grup 2 Sınıf B olmalıdır.
- 17- Cihazın 93/42 EEC Belgesi olmalıdır.
- 18- Cihazı veren firma Türkiye Distribütörü olduğunu belgelemelidir.
- 19- Cihaz teknik servis hizmeti veren firmanın TSE ve ISO 9001 Teknik Servis Hizmet Belgesi olmalıdır.
- 20- Cihazın Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı TITUBB kaydı bulunmalıdır.
- 21- Cihaz 2 yıl garantili olmalı garanti sonrası 10 (on) yıl süre ile ücreti karlılığı teknik servis, yedek parça, bakım ve onarım hizmeti verilmelidir.